



## Preisliste: Bioindikatoren

Die Bioindikatoren können Sie unter Angabe unserer Bestellnummer auch über ein anderes Labor beziehen.

Artikel	Einheit	Best.-Nr.	Preis, € *siehe Gutschrift
<b>Dampf-Sterilisatoren</b> Bioindikator gemäß DIN EN ISO 11138; D <sub>121</sub> °C -Wert ≥ 1,5; Testkeim: Geobac. stearothermophilus	10	BI-DA-1	9,20
<b>Heißluft-Sterilisatoren</b> Bioindikator gemäß DIN EN ISO 11138; D <sub>160</sub> °C -Wert ≥ 2,5; Testkeim: Bac. subtilis	10	BI-HE-1	14,90
<b>105 °C Dampfdesinfektionsanlagen;</b> Bioindikator gemäß DIN-Norm 58949; Testkeim: Bac. atrophaeus	10	BI-DD-105	25,00
<b>75 °C Dampfdesinfektionsanlagen</b> (Bettenwaschanlagen, Vaporisatoren) Bioindikatoren gemäß DIN-Norm 58949; Testkeim: E. faecium; Keimzahl ≥ 10 <sup>6</sup>	10	BI-DD-75	28,00
<b>RDG Instrumente</b> Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883 Schrauben; Prüfanschmutzung: Blut Testkeim: E. faecium; Keimzahl: >10 <sup>8</sup>	10	BI-SBL-1	19,00 *18,50
	50	BI-SBL-2	82,50 *80,00
	100	BI-SBL-3	134,00 *129,00
<b>RDG Instrumente</b> Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883 Schrauben; Prüfanschmutzung: Griefß Testkeim: E. faecium; Keimzahl: >10 <sup>8</sup>	10	BI-SGR-1	19,00 *18,50
	50	BI-SGR-2	82,50 *80,00
	100	BI-SGR-3	134,00 *129,00
<b>RDG Anästhesiezubehör</b> Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883 Schläuche; Prüfanschmutzung: Blut Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>7</sup>	10	BI-SCH-1	19,00 *18,50
	50	BI-SCH-2	82,50 *80,00
	100	BI-SCH-3	134,00 *129,00
<b>RDG Instrumente</b> Bioindikator: Prüfanschmutzung (Blut), Testkeim (E. faecium) und Keimzahl (> 10 <sup>8</sup> ) gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm, Schleifkörnung 80	10	BI-EBL-1	45,10 *37,10
<b>RDG MIC- und Augeninstrumente</b> Bioindikator passend zu unserem Produkt RDG-CHECK Prüfanschmutzung (Blut), Testkeim (E. faecium) und Keimzahl (> 10 <sup>8</sup> ) gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 50x5x1 mm, Schleifkörnung 80	10	BI-EBL-2	39,00 *37,00
<b>RDG Instrumente</b> Bioindikator: Prüfanschmutzung gemäß Validierungsleitlinie: Heparinisiertes Blut mit Protaminsulfat; Testkeim (E. faecium) und Keimzahl (> 10 <sup>8</sup> ) gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm, Schleifkörnung 80	10	BI-EVA-1	45,10 *37,10
<b>RDG MIC- und Augeninstrumente</b> Bioindikator passend zu unserem Produkt RDG-CHECK Prüfanschmutzung gemäß Validierungsleitlinie: Heparinisiertes Blut mit Protaminsulfat; Testkeim (E. faecium) und Keimzahl (> 10 <sup>8</sup> ) gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 50x5x1 mm	10	BI-EVA-2	39,00 *37,00
<b>RDG MIC- und Augeninstrumente</b> Bioindikator passend zu unserem Produkt VARIO-Adapter Prüfanschmutzung gemäß Validierungsleitlinie: Heparinisiertes Blut Testkeim (E. faecium) und Keimzahl (> 10 <sup>8</sup> ) gemäß DIN EN ISO 15883 Teflonschlauch 10 cm lang, 1 mm Innen-Ø	1	BI-TVA-1	6,60
<b>RDG MIC- und Augeninstrumente</b> Bioindikator passend zu unserem Produkt VARIO-Adapter Prüfanschmutzung gemäß Validierungsleitlinie: Heparinisiertes Blut mit Protaminsulfat Testkeim (E. faecium) und Keimzahl (> 10 <sup>8</sup> ) gemäß DIN EN ISO 15883 Teflonschlauch 10 cm lang, 2 mm Innen-Ø	1	BI-TVA-2	6,60

Artikel	Einheit	Best.-Nr.	Preis, € *siehe Gutschrift
<b>RDGE Endoskope</b> Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883 passend zu unseren Adaptern zum Anschluss an alle RDGE 2 m Teflonschlauch, 2 mm Innen-Ø; Prüfanschmutzung: Heparinisieretes Blut; Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>9</sup>	1	BI-END-1	15,90
<b>RDGE Endoskope</b> Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883 passend zu unseren Adaptern zum Anschluss an alle RDGE 2 m Teflonschlauch, 2 mm Innen-Ø; Prüfanschmutzung: Heparinisieretes Blut mit Protaminsulfat; Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>9</sup>	1	BI-END-2	15,90
<b>RDGS Steckbeckenspülgeräte</b> (qualitative Methode) Bioindikator: Edelstahlplättchen (140x10x1 mm, Schleifkörnung 80); Prüfanschmutzung (RAMS) und Testkeim (E. faecium) gemäß DIN EN ISO 15883; Keimzahl: > 10 <sup>5</sup>	10	BI-ST-1	42,00 *34,00
<b>RDGS Steckbeckenspülgeräte</b> (quantitative Methode) Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm; Schleifkörnung 80; Prüfanschmutzung RAMS; Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>7</sup>	10	BI-ST-2	45,00 *37,00
<b>Dekontaminationsanlagen:</b> Betten, Nachttische, Container, OP-Schuhe (qualitative Methode) Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm; Schleifkörnung 80; Prüfanschmutzung (Blut); Testkeim (E. faecium); Keimzahl: > 10 <sup>5</sup>	10	BI-DEKO-1	42,00 *34,00
<b>Dekontaminationsanlagen:</b> Betten, Nachttische, Container, OP-Schuhe (quantitative Methode) Bioindikator gemäß DIN-EN-ISO 15883; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm, Schleifkörnung 80; Prüfanschmutzung: Blut; Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>7</sup>	10	BI-DEKO-2	45,00 *37,00
<b>Dekontaminationsanlagen:</b> Betten, Nachttische, Container, OP-Schuhe (qualitative Methode) Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm, Schleifkörnung 80; Prüfanschmutzung (RAM) und Testkeim (E. faecium) Keimzahl: > 10 <sup>5</sup>	10	BI-DEKO-3	42,00 *34,00
<b>Dekontaminationsanlagen:</b> Betten, Nachttische, Container, OP-Schuhe (quantitative Methode) Bioindikator gemäß DIN EN ISO 15883; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm, Schleifkörnung 80; Prüfanschmutzung: RAM; Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>7</sup>	10	BI-DEKO-4	45,00 *37,00
<b>MTGSM-EGSM Geschirrspülmaschinen</b> Bioindikator gemäß DIN-Norm 10510 und 10512; Edelstahlplättchen 140x10x1 mm, Schleifkörnung 80; Prüfanschmutzung: RAMS; Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>7</sup>	10	BI-GSM-1	45,00 *37,00
<b>Waschmaschinen Wäsche</b> Bioindikator gemäß DIN EN 16616 Baumwolllappchen; Prüfanschmutzung: Blut; Testkeim: E. faecium; Keimzahl: > 10 <sup>7</sup>	10	BI-WA-1	44,00 *31,00
<b>Klammern zum Befestigen von Edelstahlplättchen an z.B. Kochgeschirr, Bettgestellen, Bettpfannen und Urinflaschen</b> <b>Hinweis: Klammern nicht für RDG und RDGE geeignet!</b>			
Klammern für Edelstahlplättchen, Spannweite 20 mm	10	KL-20	23,00
Klammern für Edelstahlplättchen, Spannweite 30 mm	10	KL-30	29,00
Klammern für Edelstahlplättchen, Spannweite 60 mm	10	KL-60	34,50

Lieferzeit: 1 – 7 Tage

#### Hinweis:

Den Bioindikatoren zur Prüfung von RDGS, MTGSM/EGSM und Dekontaminationsanlagen wird je ein unbenutztes steriles Röhrchen, den Bioindikatoren zur Prüfung von RDGE eine Sterilisationsverpackung zur Aufnahme der Keimträger nach der Geräteprüfung, beigelegt.

#### \*Gutschrift:

Der Umwelt zuliebe: Bei der Rücksendung von wieder verwendbaren, aufbereiteten Keimträgern:

- Edelstahlplättchen 140x10x1mm; 50x14x1 mm 0,80 €/Stück
- Edelstahlplättchen 50x5x1 mm 0,20 €/Stück
- Wäschesäckchen 1,30 €/Stück
- Schrauben/Schläuche 0,05 €/Stück

Die Preise gelten in 2018. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie Kosten für Verpackung und Versand von derzeit 8,45 € für Deutschland (Inselzuschlag zzgl. 8,55 €). Versandkosten für andere europäischen Länder auf Anfrage.